



제품 설명

율원의 U & AD 시리즈는 일반 사용자들의 입과 코, 턱을 보호함으로써 일상생활에서 비말로부터 전염을 차단시키는데 도움을 줍니다

시험 기준

테스트	유럽 표준 EN 14683:2014			미국 표준 21 CFR 807.87 ASTM F2100		
	Type I	Type II	Type IIR	Level 1	Level 2	Level 3
박테리아 필터 효율(BEF), %	≥ 95	≥ 98	≥ 98	≥ 95	≥ 98	≥ 98
차압 mm H2O/cm ² , Pa/cm ²	< 3.0 <29.4	< 3.0 <29.4	<5.0 <49.0	<4.0 <39.2	<5.0 <49.0	<5.0 <49.0
초미세입자 필터 효율 (0.1 micron), %	해당없음	해당없음	해당없음	≥ 95	≥ 98	≥ 98
스플래시 저항성/ 합성 혈액 저항성, mmHg Pass Result	해당없음	해당없음	120 (16.0 kPa)	80	120	160
화염 전파	해당없음	해당없음	해당없음	Class 1	Class 1	Class 1
미생물 청결도 (cfu/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30	해당없음	해당없음	해당없음

제품은 박테리아 필터효율, 스프래시 저항성 및 미생물 청결도를 기준으로 분류됩니다.

유럽표준(Type I, Type II and Type IIR), 미국표준(Level 1, Level 2, Level 3). EN

14683:2014(Europe)과 21 CFR 807 ASTM F2100 (USA) 본문은 해당 국가표준원에서 구입할 수 있습니다.

구성품 및 원료

구성품	원료
외피	스펀본드 폴리프로필렌 부직포
중간층	스펀본드 폴리프로필렌 부직포
필터미디어	MB 필터 (폴리프로필렌)
내피	수퍼 소프트 스펀본드 폴리프로필렌 부직포
코편	폴리에틸렌 플라스틱 피복 철사
이어밴드	라텍스 프리 합성 끈

보관 및 운송

율원 U & AD 시리즈의 유통 기한은 제조일로부터 3-5 년입니다(국가 규정에 따라 다름). 유통 기한이 제품 포장지에 표시되어 있습니다. 처음 사용하기 전에 항상 제품에 명시된 유통 기한을 확인하십시오.(명시된 일자까지 사용)

제품은 30 ° C를 초과하지 않는 온도와 80 % 미만의 상대 습도에서 깨끗하고 건조한 환경에 보관되어야 합니다. 모든 밀봉된 포장은 사용할 때까지 개봉해서는 안됩니다.

수술용 보호 마스크 U & AD 시리즈

사용시 주의사항 및 사용 제한

- 사용시 항상 아래 사항을 확인하십시오.:
 - 적절한 사용 환경;
 - 사이즈 및 안면밀착도;
 - 오염에 노출된 모든 기간동안 착용;
 - 필요시 교체
- 일회용으로 사용할 것. 사용 후 버릴 것.
- 착용 중 외형을 변형하거나 구기지 말 것.
- 착용 중 표면을 만지지 말 것.
- 착용 중 호흡이 불편할 경우 즉시 사용을 중단하고, 필요시 의사 등의 전문가와 상의할 것.
- 포장이 파손된 경우 사용하지 말 것.
- 가려움, 발진 등 피부 트러블 발생시 즉시 사용을 중단할 것.
- 수염 등 얼굴표면과 마스크 사이에 밀착을 저해하는 요소를 최대한 제거 후 사용할 것.
- 최초 사용 전, 항상 제품의 유통기한을 확인하고 사용할 것.

착용 방법



깨끗한 손으로
마스크의 주름진 면을
펴고 앞면이 밖으로
오게 합니다.



이어밴드를 양쪽 귀에
걸고 마스크가 입과 코를
덮을 수 있도록 합니다.



코 지지대를 구부려
얼굴에 꼭 맞도록
합니다.



마스크가 턱을 잘
감싸도록 합니다.

착용 점검사항

1. 최초 착용 후 코지지대가 코 주위로 단단히
구부러지고 마스크가 턱을 덮고 있는지
확인하십시오.
2. 숨을 세게 내쉬십시오.
3. 코 주변에서 공기가 새는 경우 누설을 막기 위해
코 지지대를 다시 조정하십시오. 위의 밀착도
검사를 반복하십시오.

적절한 착용감을 얻을 수 없는 경우 오염 구역에
들어 가지 마십시오.

폐기

사용한 제품 및 오염된 제품은 손이
마스크 전면에 닿지 않도록 주의하여
폐기해야 합니다. 양쪽의 이어밴드를
잡고 마스크를 안면에서 제거한 후 즉시
국가 규정에 따라 밀봉된 쓰레기통 또는
오염물 전용 쓰레기통에 폐기하십시오.

표시 사항



일회용으로 사용, 재사용하지 말 것.



포장 파손 시 사용하지 말 것.



멸균 제품이 아님.



변기에 버리지 말 것.



보관 온도 범위



높은 습기 또는 비에 노출되는 곳에 보관하지 말 것.



직사광선을 피해 보관할 것.

인증서 및 적합성 결과는 다음 웹 사이트에서
확인할 수 있습니다.:

대한민국 소재 ISO 9001 : 2008 인증 공장에서
제조되었습니다.

중요 공지

이 제품을 사용하기 전에 예상되는 적용환경 내에서 제품의 성능을 검증하기 위해 몇 가지 시험을 해 볼 것을 권장합니다. 이 문서에 포함된 모든 정보 및 사양 세부 정보는 특정 율원 제품에 고유한 정보이며 다른 제품이나 환경에는 적용되지 않습니다. 이 문서의 내용을 위반하여 이 제품을 사용할 경우 생길 수 있는 결과는 사용자의 책임입니다. 이 문서에 포함 된 율원 제품과 관련된 정보 및 사양을 준수한다고 해서 사용자가 추가 지침(안전 규칙, 절차)을 준수하지 않는 것은 아닙니다. 본 사가 확인하거나 통제 할 수 없는 환경에서의 사용 결정 및 일반적으로 준수해야 하는 규칙 위반의 결과에 대해 당사는 책임지지 않습니다. 율원 제품에 대한 보증 조건은 판매 계약서와 필수 및 해당 조항에 따라 결정되며 기타 보증 또는 보상은 제외됩니다.